

## Liste d'erreurs du scénario 1

### Césarienne en urgence

Erreurs trouvées (14) :

- Absence de date sur boîte à aiguilles et sur flacons
- Absence de mandrin semi-rigide
- Aspiration sale (non changée)
- Aspiration non fonctionnelle
- Electrodes ECG inversées
- Présence de Céfazoline alors que patient allergique
- Mauvaises plaquettes d'étiquettes
- Absence de carte de groupe
- Tubulure à perfusion clampée
- Absence de penthotal
- Propofol non étiqueté
- Absence d'anesthésique local
- Absence d'antiémétique
- Cathéter de péridurale non visible et non accessible

## Liste d'erreurs du scénario 2

### Rhinoseptoplastie (phase d'induction)

Erreurs trouvées (15) :

- Absence de couverture chauffante
- Absence de date sur boîte à aiguilles et sur flacons
- Erreur d'identité sur carte de groupe sanguin
- Appareil à Hémocue non fonctionnel
- Absence de magill
- Absence de sonde préformée orale
- Absence de larme artificielle
- Absence de Ventoline
- Aspiration non fonctionnelle (déconnectée)
- Aspiration sale
- Absence de pile dans manche court
- Manque 1 piège à eau sur circuit du respirateur
- Absence de tubulure pour IVSE
- Tubulure à perfusion clampée
- Présence de Bétadine alors que patient allergique aux produits de contraste iodés

## Liste d'erreurs du scénario 3

### PTG

Erreurs trouvées (15)

- Erreur de côté à opérer
- Erreur d'identité sur carte de groupe sanguin
- Patient déperfusé
- Absence de mandrin semi-rigide
- Absence de SIOT
- Absence de sparadrap pour fixer SIOT
- Absence de manomètre de pression à ballonnet
- Absence de pile dans manche court
- Absence de masque à oxygène
- Absence de BAVU
- Bouteille d'O2 vide
- Isoflurane à la place du Sévoflurane
- Absence de sonde thermique
- Absence de drogues d'urgence (type Néosynéphrine, type Atropine)
- Absence d'Etomidate